

**ERRATA**

OBJETO: Aquisição de Matl.Medico Hospl.. A Fundação São Camilo, através da CPL, comunica que houve uma DIVERGÊNCIA entre a sequência numérica dos itens entre a relação que consta no Edital e a sequência que consta no portal, para efeito de correção foi publicada na data de 13/05/2020 no portal lista com sequência correta para apresentação de proposta que é mesma que consta no Portal Compra Públicas.

Referente ao Item "430" do Edital, no anexo para apresentação da proposta o mesmo passa a ter o número "264" e ter a redação que segue:

Fitas de HGT para medir glicemia capilar, faixa de medição entre 10 a 600 mg/dl, glicose desidrogenase ou glicose oxidase, que não sofra interferência com oxigenoterapia. Com tamanho máximo de 2 microlitros. Caixa com 25, 50 ou 100 fitas. Prazo de validade mínimo de 18 meses a contar da data de entrega. Fornecer em regime de comodato, e sem ônus ao HOSPITAL, o aparelho medidor (glicosímetro) compatível com as fitas, com capacidade de memória de leituras mensais (30 dias), que disponibilize gráficos dos valores, com software em português, gratuito, certificado pela ANVISA, num total de 100 aparelhos, pelo período de 1 ano ou até nova aquisição. Bem ainda como o fornecimento das pilhas para perfeito funcionamento do aparelho em comodato, e substituição das mesmas, quando solicitado. Garantia de assistência técnica e troca de aparelhos com problemas. Os aparelhos deverão atender a Norma Técnica ISO 15197:2013 conforme Nota Técnica 24 de 17/05/2018.

Permanecendo os demais textos e parágrafos sem alterações. Maiores informações Rua Castro Alves,948 – Tamandaré -Esteio/RS – Fone: 51 21268374 – Email:[licitacaosacamilo@gmail.com](mailto:licitacaosacamilo@gmail.com)

Sara Fleck Macedo  
Presidente CPL